


ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ



Ταυτότητα του έργου:

Αντικείμενο του έργου ήταν η προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης ποιοτικών παραμέτρων λυμάτων στην είσοδο του βιολογικού καθαρισμού.

Το σύστημα εγκαταστάθηκε για λογαριασμό της **ΔΕΥΑ Πάτρας**.

Το σύστημα χρησιμοποιεί τελευταίες γενιάς αισθητήρες και διατάξεις υψηλής ακρίβειας και χαμηλής απαίτησης συντήρησης και αναλωσίμων.

Υποστηρίζεται από ισχυρό λογισμικό επιτόπου επεξεργασίας και αποσφαλμάτωσης των μετρήσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:

Είδος : On-line επιτηρητής ποιοτικών παραμέτρων λυμάτων

Περιοχή : Πάτρα

Πότε : Μάιος 2020



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:

ΔΕΥΑ Πάτρας

Σημαντικό:



Πρόσβαση στο σύστημα μέσω internet

Σημαντικό:



Μέτρηση των βασικότερων παραμέτρων

- ❖ **BOD_{eq}**
- ❖ **COD_{eq}**
- ❖ **TSS_{eq}**
- ❖ **DOC_{eq}**
- ❖ **UV254_t**
- ❖ **UV254_f**
- ❖ **NO₃-N_{eq}**
- ❖ **pH**
- ❖ **NH₄-N**
- ❖ **Potassium**
- ❖ **Θερμοκρασία**
- ❖ **Πλήρες φάσμα απορρόφησης**

Το σύστημα μετρά ανά 2 λεπτά όλες τις παραμέτρους. Έχει την δυνατότητα αυτοεκπαίδευσης και αυτόματου εντοπισμού διαταραχών στο ποιοτικό αποτύπωμα του νερού.



Λαμβάνει ένα πλήρες φάσμα απορρόφησης UV/VIS και μέσω των ενσωματωμένων αλγορίθμων, είναι δυνατή η ανίχνευση συμβάντων.



Στοιχεία επικοινωνίας
Θεσσαλονίκη:

Κανάρη 16, TK 54644 - Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 946.126
Fax 2310 947.005
scientact@scientact.com.gr
www.scientact.com.gr

Στοιχεία επικοινωνίας
Αθήνα:

Αιτωλίας 14, TK 15231
Χαλάνδρι - Αθήνα
Τηλ. 210 67.28.585
scientact@scientact.com.gr
www.scientact.com.gr